



防爆合格证

证号: GYB16.1933X

由 沈阳振科仪表有限公司

制造的产品:

(地址: 沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

名称 振动变送器

型号规格 VT9299-a-b2c-d-e-f

防爆标志 Ex ia II C T4 Ga

产品标准 Q/SZK.02-2014

图样编号 9299-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2016年12月10日至2021年12月9日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 该产品必须与隔离式安全栅配套组成本安防爆系统; 产品使用环境温度-20°C~+60°C。
 3. 型号规格说明: a代表满量程范围; b代表安装螺栓, 可为0~9或X; c代表接头规格, 可为1~3; d代表高通滤波器; e代表低通滤波器; f代表壳体材质, 可为空白或1。
 4. 本安电气参数: $U_i = 28V$; $I_i = 100mA$; $P_i = 0.7W$; $C_i \approx 0\mu F$; $L_i \approx 0mH$ 。
 5. 产品外壳防护等级IP66。

站长



国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一六年十二月十日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580